Szczecinek, dnia 25 września 2026 r.

Szczecinek dnia 19.10.2026 r. – aktualizacja

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania nr 4 finansowanego ze środków Funduszu Medycznego pod nazwą:
Zadanie nr 4 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych: oddział terapii uzależnienia od alkoholu, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) – pozostała aparatura medyczna

I. ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Patronka Sp. z o. o. 78-400 Szczecinek ul. Bukowa 46

NIP: 673-17-17-454
REGON: 331282841
KRS: 0000041774
Adres strony internetowej zamawiającego: www.patronka.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot prywatny nie zobowiązany do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej 67 920,00 zł (o wartości nieprzekraczającej łącznej kwoty 130 000,00 zł udzielone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).)

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie komórek organizacyjnych: oddział terapii uzależnienia od alkoholu, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) – pozostała aparatura medyczna.

b) Rodzaj zamówienia: dostawy

c) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakup pozostałej aparatury medycznej nie wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach. Zakup wyposażenia dotyczy oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych przy ul. Staszica 6, 78-400 Szczecinek.

Do zamówienia ma zastosowanie: *Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/1197* (w ramach unijnego Instrumentu Zamówień Międzynarodowych), ograniczające sprzęt wyprodukowany w Chinach.

Wykaz sprzętu:

1. Kardiomonitor – 1 sztuka,
2. Koncentrator tlenu – 2 sztuki,
3. Kozetka lekarska – 2 sztuki,
4. Stanowisko do pobierania krwi (fotel zabiegowy) – 1 sztuka,
5. Waga elektroniczna – 1 sztuka,
6. Kabina Ugul – 1 sztuka,
7. Osprzęt do kabiny Ugul – 1 sztuka,
8. Ciśnieniomierz – 2 sztuki,
9. Parawan – 1 sztuka,
10. Wózek wielofunkcyjny – 2 sztuki,
11. Wózek inwalidzki – 3 sztuki,
12. Ssak elektryczny – 1 sztuka,
13. Stół rehabilitacyjny – 1 sztuka,
14. Materac do łóżek szpitalnych – 29 sztuk,
15. Krzesło kąpielowe – 1 sztuka,
16. Balkonik – 2 sztuki,
17. Defibrylator AED – 1 sztuka.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt na okres nie mniejszy niż 24 miesiące od dnia dostarczenia.

Ad. 1. Parametry/cechy urządzenia:
Typ urządzenia – kardiomonitor przenośny;
Ekran – kolorowy LCD 8”;
Parametry – EKG, SpO_2, NIBP, respiracja, temperatura;
Analizy – Arytmia EKG, odcinek ST;
Grupa pacjentów – dorośli;
Zapis danych – tabelaryczny i trendy graficzne do 168 h;
Pamięć – USB;
Wyjście wideo – podłączenie do zewnętrznego monitora.

Ad. 2. Parametry/cechy urządzenia:
Koncentracja tlenu powyżej 90%;
Przepływ 0,5 – 5 l/minutę;
Czytelny wyświetlacz LCD;
Zintegrowany filtr cząsteczek gwarantujący najwyższą czystość tlenu;
Zewnętrzny nawilżacz powietrza.

Ad. 3. Parametry/cechy urządzenia:
Całkowita szerokość: 550 – 620 mm;

Całkowita długość: 1880 – 1930 mm;
Całkowita wysokość: 510 – 750 mm;
Zagłówek – regulowany;
Dopuszczalne obciążenie: 150 – 180 kg;
Jakość materiałów – trwałe, łatwe do czyszczenia materiały, które są odporne na plamy i łatwe do dezynfekcji.

Ad. 4. Parametry/cechy urządzenia:
Regulowane podłokietniki;
Regulacja wysokości całego fotela;
Jakość materiałów – trwałe, łatwe do czyszczenia materiały, które są łatwe do dezynfekcji.

Ad. 5. Parametry/cechy urządzenia:
Waga cyfrowa;
Nośność – 200 kg;
Wzrostomierz;
Funkcja BMI;
Klasa dokładności – III;
Mobilność – wyposażenie w rolki transportowe.

Ad. 6. Parametry/cechy urządzenia:
Konstrukcja stalowa;
Długość – min 200 cm;
Szerokość – min 200 cm;
Wysokość – 203 cm.

Ad. 7. Wykaz elementów (82 sztuki):
Linka dł. 1600 mm 8 sztuk,
Linka dł. 960 mm 6 sztuk,
Linka dł. 2450 mm 1 sztuka,
Linka dł. 5720 mm 1 sztuka,
Linka dł. 3750 mm 3 sztuki,
Podwieszka przedramion i podudzi 420x100 4 sztuki,
Podwieszka ud i ramion 540x135 4 sztuki,
Podwieszka pod miednicę 730x230 2 sztuki,
Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 sztuka,
Podwieszka pod głowę 150x530 1 sztuka,
Podwieszka stóp 75x610 4 sztuki,
Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 4 sztuki,
Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 sztuka,
Kamaszek 135x170 1 sztuka,
Ciężarek miękki 0,5 kg 2 sztuki,
Ciężarek miękki 1,0 kg 2 sztuki,
Ciężarek miękki 1,5 kg 2 sztuki,
Ciężarek miękki 2,0 kg 2 sztuki,
Ciężarek miękki 2,5 kg 2 sztuki,
Ciężarek miękki 3,0 kg 1 sztuki,
Esik metalowy 30 sztuk.

Ad. 8. Parametry/cechy urządzenia:
Manualny,
Czytelny wyświetlacz,
Duża gruszka pompująca,
Mankiety – minimum 2 rozmiary.

Ad. 9. Parametry/cechy urządzenia:
Konstrukcja stalowa kwasoodporna,
Trzyczęściowa konstrukcja,
Mobilność – wyposażenie w kółka jeżdżące,
Wysokość – minimum 165 cm,
Szerokość – minimum 175 cm,

Ad. 10. Parametry/cechy urządzenia:
Jakość materiałów – trwałe, łatwe do czyszczenia materiały, które są łatwe do dezynfekcji;
Mobilność – wyposażenie w kółka jeżdżące;
Wyposażony w blat roboczy, wysuwane szuflady, uchwyt na butle z tlenem.

Ad. 11. Parametry/cechy urządzenia:
Manualny;
Regulacja wysokości siedziska;
Regulacja głębokości siedziska;
Regulacja wysokości i głębokości podparcia pod łokieć;
Szerokość siedziska: 53 – 60 cm;
Szerokość całkowita wózka: 71 – 78 cm;
Elementy dodatkowe – pasy bezpieczeństwa, podnóżki;
Dopuszczalne obciążenie: 175 kg.

Ad. 12. Parametry/cechy urządzenia:
Maksymalny przepływ powyżej 60 L / min;
Podciśnienie ≥ -80 kPa;
Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz;
Wyposażenie – dwie butle 2L z poliwęglanu, wskaźnik i regulator podciśnienia, wózek jezdny na kółkach, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.

Ad. 13. Parametry/cechy urządzenia:
Blat dwuczęściowy;
Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża,
Regulowany podgłówek;
Regulacja wysokości;
Jakość materiałów – trwałe, łatwe do czyszczenia materiały, które są łatwe do dezynfekcji.

Ad. 14. Parametry/cechy urządzenia:
Wypełnienie – pianka poliuretanowa o grubości +/– 10 cm;
Pokrowiec szpitalny nie przepuszczający cieczy, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji oddychający.

Ad. 15. Parametry/cechy urządzenia:
Antypoślizgowe nasadki nóżek;

Materiał konstrukcji odporny na korozję;
Otwory odpływowe w siedzisku, wycięcie higieniczne (U-kształtne);
Regulowana wysokość;
Konstrukcja z oparciem i podłokietnikami;
Maksymalny udźwig – 300 kg.

Ad. 16. Parametry/cechy urządzenia:
Składany;
Wyposażony w kółka i podparcia pod pachy;
Bez siedziska;
Hamulce.

Ad. 17. Parametry/cechy urządzenia:
Przenośny;
Automatyczny;
Możliwość wyboru energii dla pacjentów w różnym wieku;
Podpowiedzi głosowe i wizualne dla operatora;
Wybór języka – polski;
Transmisja danych;
Pamięć wewnętrzna – min 60 godzin;
W zestawie bateria i torba transportowa.

d) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Pożądany termin realizacji: 20.11.2026.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Po rozstrzygnięciu postępowania, a przed zawarciem umowy od Oferenta wymagane jest:

1. WADIUM
Informacja na temat wadium: brak

2. INFORMACJA O SPOSOBIE SPORZĄDZENIA OFERTY (WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU)

3. WYMOGI FORMALNE:

- złożona oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
- ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
- oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w przeciwnym razie zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

- każda zapisana strona oferty musi być oznaczona kolejnym numerem. W przypadku poprawek lub zmian w tekście oferty, jest wymagane ich własnoręczne parafowanie przez osobę podpisującą ofertę.

4. INNE DOKUMENTY

- Oferty przygotowane w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: **„Zadanie nr 4 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych: oddział terapii uzależnienia od alkoholu, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) – pozostała aparatura medyczna”**. **w terminie do dnia 30 października 2026 r. do godz. 12:00** przesłać drogą elektroniczną pod adres: kontakt@patronka.pl lub na skrzynkę e-doręczeń.
Decyduje data i godzina dostarczenia oferty;
- Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu.
- Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty; oferta złożona w formie elektronicznej powinna być podpisana podpisem elektronicznym.

IV. PROCEDURA

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

a) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

2. KRYTERIA OCENY OFERT

a) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępne jest ogłoszenie postępowania:
www.patronka.pl.

b) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10. 2026 godzina 12:00, elektronicznie na adres: kontakt@patronka.pl lub na adres skrzynki e-doręczenia AE:PL-61787-14783-FVVWD-24.

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Miejsce otwarcia: Patronka Sp. z o. o. 78-400 Szczecinek ul. Bukowa 46.

e) Termin otwarcia ofert: 30.10.2026 r. godzina 13:00.

f) Oferenci, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu postępowania drogą zwrotną elektroniczną.

V. INNE INFORMACJE.

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia, dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres Zamawiającego. Zapytania mogą być składane na adres e - mail**: kontakt@patronka.pl**
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 7 dni od terminu składania ofert.

Zapytanie może zostać wycofane w każdej chwili bez podania przyczyny.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy.
Okres rękojmi/gwarancji za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA.

1. wzór formularza oferty

Data ogłoszenia: Szczecinek, dnia 25 września 2026 r.

Data aktualizacji: Szczecinek, dnia 19.10.2026 r.